

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sporządzono na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości do 30000 euro  
w Szkole Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi

Łódź, 2 grudnia 2019 r.

.....  
data i miejsce sporządzenia

## ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/SP212/P

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013. poz. 885 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2015. poz. 2164) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na dostawę specjalistycznego sprzętu doposażeniowego z obszaru SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) do Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00

1. **Zamawiający:** Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi  
ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź, tel.: (42) 633 14 85, e-mail: sp212.projekt@poczta.fm
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro tj. zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm) prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w sprawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności. – Rozdział 6.5.2.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawę specjalistycznego sprzętu doposażeniowego z obszaru SPE (Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych) i SPR (Specjalnych Potrzeb Rozwojowych) dla Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi niezbędnych do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. : „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”, nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0096/18-00

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 24 części i składa się z następujących elementów:

1. Zestaw Uwaga Słuchowa - metoda A. Tomatisa 1 szt.
2. Szkolny zestaw RSA Biofeedback - 1 szt.
3. Energooszczędny Projektor Solar LED 1 szt.
4. Podłoga interaktywna 1 szt.
5. Zestaw Stress Control (terapia stresu) 1 szt.
6. Zestaw RSA Biofeedback do kodera Pro Comp 2 1 szt.
7. HEG System do Pro comp 1 szt.
8. Kula lustrzana 1 szt.
9. Materac gimnastyczny grubość 20 cm 10 szt.
10. Hamak do zajęć z ADHD 3 szt.
11. Chusta Animacyjna 1 szt.
12. Zestaw instrumentów muzycznych 2 szt.
13. Oprogramowanie Neuroflow 2 szt.
14. Ławka gimnastyczna 6 szt.
15. Panel sensoryczny dotykam i czuję 1 szt.

**Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi**  
ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź  
tel.: (42) 633 14 85  
e-mail: sp212.projekt@poczta.fm

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16. Gruszka rehabilitacyjna 6 szt.
17. Warcaby, szachy przestrzenne 2 szt.
18. Dysk równoważny 55 cm 2 szt.
19. Równoważnia 1 szt.
20. Deska rotacyjna 2 szt.
21. Aktywne pierścienie 2 szt.
22. Drabinka gimnastyczna 2 szt.
23. Panel sensoryczny – widzę/postrzegam 1 szt.
24. Panel sensoryczny – słyszę/analizuję 1 szt.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

- 39162100-6 - pomoce dydaktyczne;
- 39162110-9 - sprzęt dydaktyczny;
- 39162000-5 - pomoce naukowe;
- 31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

**Opis przedmiotu zamówienia:**

część	przedmiot zamówienia	Ilość sztuk/zestawów
1.	<p><b>Zestaw Uwaga Słuchowa - metoda A. Tomatisa - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• System do treningu uwagi słuchowej, oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa</li> <li>• Terapia dla min. 4 osób na różnych programach terapeutycznych w tym samym czasie</li> <li>• Moduł dźwiękowy zestawu terapeuty, wraz z niezbędnymi gniazdami do podłączenia słuchawek, mikrofonu, zasilacza i gniazda USB</li> <li>• Profesjonalne słuchawki wokółuszne, wraz ze zintegrowanym pobudnikiem kostnym. Słuchawki z wysokiej klasy odpornym na zakłócenia przewodem kablowym, zapewniającym bezstratny przesył sygnału (min. 4 szt.)</li> <li>• Opaski frotte do słuchawek powietrzno – kostnych Opaski służą do optymalnego dopasowanie słuchawek.</li> <li>• Wysokiej klasy i czułości mikrofon pulpitowy, wraz z osłonką w formie metalowej siateczki. Mikrofon przeznaczony od ćwiczeń aktywnych oraz nagrywania głosu matki. 1</li> <li>• Pendrive z zapisaną aplikacją terapeuty (oprogramowanie), podręcznikiem użytkownika w formie elektronicznej oraz z zapisaną bazą utworów muzycznych.</li> <li>• Listwa przeciwprzepięciowa - dedykowana listwa zapewniająca bezpieczeństwo sprzętu i użytkownika.</li> <li>• Umowa licencyjna na czas nieokreślony na użytkowanie sprzętu oraz oprogramowania.</li> <li>• Dedykowany do sprzętu Uwaga Słuchowa - metoda A. Tomatisa laptop, zapewniający trwałość, bezpieczeństwo i stabilność pracy.</li> </ul>	1

**Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi**

ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź

tel.: (42) 633 14 85

e-mail: sp212.projekt@poczta.fm

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych (93/42/EE -Sprzęt medyczny).</li> <li>• Szkolenie z obsługi systemu w placówce u Klienta dla użytkowników</li> <li>• Dowóz, instalacja i uruchomienie zestawu w placówce Klienta.</li> <li>• Moduł zawierający podstawowe akcesoria do treningu motoryki małej podczas terapii z metodą wg A Tomatisa. Moduł zawiera przynajmniej: Gniotek/pięteczka antystresowa 4 szt., Kula lub kostka do uspokojenia, ćwiczenia koncentracji oraz cierpliwości - 4 szt., Kula manipulacyjna z otworami do oznaczonymi kolorystycznie - 4 szt.</li> <li>• Moduł diagnostyczny - profesjonalny, dedykowany audiometr medyczny, skalibrowany zgodnie z parametrami metody wg A Tomatisa.</li> <li>• Dodatkowe/zapasowe słuchawki powietrzno-kostne min. 3szt.</li> <li>• Zestaw pomocy terapeutycznych, w zestawie: wycinanki, malowanki, karty do gry, pisaki, farby</li> <li>• Dedykowane akcesoria do utrzymywania czystości i dezynfekowania słuchawek oraz sprzętu - 2 zestawy</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	
2.	<p><b>Zestaw EEG nr 48 – EEG BIOFEEDBACK - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Głowica wzmacniaczy biologicznych EEG Biofeedback min. 5-cio odprowadzeniowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG Biofeedback posiadająca wbudowane na stałe min. 5 wejść</li> <li>• Dedykowany laptop wraz z dodatkowym monitorem o wielkości LCD 24 cale, pojemność dysku twardego min. 256 GB,             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wbudowana kamera</li> <li>○ wbudowane 2 głośniki</li> <li>○ wbudowany mikrofon</li> <li>○ karta sieciowa 10/100 Mbps Ethernet laptop posiadający</li> <li>○ oprogramowanie: system operacyjny: Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PL 64-bit lub równoważny*.</li> <li>○ Parametry równoważności:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania.</li> <li>▪ możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.</li> <li>▪ wbudowana zaporę internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;</li> <li>▪ wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,</li> <li>▪ zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe,</li> <li>▪ graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim,</li> <li>▪ wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&amp;Play, Wi-Fi),</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	1

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,</li> <li>▪ możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);</li> <li>▪ wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania</li> <li>▪ wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,</li> <li>▪ wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,</li> <li>▪ rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,</li> <li>▪ oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,</li> <li>▪ możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,</li> <li>▪ identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)</li> <li>• Oprogramowanie Biofeedback - specjalistyczne oprogramowanie systemu EEG Biofeedback w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu. Wszystkie funkcje i przyciski muszą posiadać język polski. Oprogramowanie stale umożliwia podgląd 8 fal w postaci barów na ekranie terapeuty podczas prowadzenia treningu (Delta, Theta, Alfa, SMR, Beta1, Beta2, HiBeta, Gama)</li> <li>• 10 plansz stymulacyjnych do prowadzenia treningu</li> <li>• Funkcja porównywania wyników treningów z wszystkich 8 fal dostępnych w aparacie</li> <li>• Oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk</li> <li>• Instrukcja obsługi w języku polskim</li> <li>• Zestaw elektrod miseczkowych 10 sztuk i elektrod usznych 4 sztuki</li> <li>• Plastikowy pojemnik z otworem do moczenia elektrod w soli fizjologicznej</li> <li>• Pomiar i mapa impedancji w czasie rzeczywistym [on-line] w trakcie prowadzenia terapii.</li> <li>• Stały zapis krzywej EEG z każdego rodzaju badania (diagnoza, terapia). Terapeuta w każdym momencie może zobaczyć podgląd krzywej EEG i dokonać analizy i oceny zapisu oraz wydruku fragmentu zapisu EEG.</li> <li>• Czepek wykonany w całości z elastycznego materiału. Czepek wyposażony w specjalne spinki na elektrody miseczkowe. Spinki na elektrody można dowolnie wkręcać i wymieniać w inne miejsca</li> </ul>	
--	--	--

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	<p>systemu. Czepek posiada otwory do aplikowania żelu EEG. Czepek posiada opaskę pod brodę. Czepek w rozmiarze M (48-54 cm).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Żel EEG posiadający wartości przewodzeniowe</li> <li>• 1 x Strzykawka z tępą igłą do aplikacji żelu EEG</li> <li>• Instalacja aparatu w siedzibie zamawiającego, wraz z szkoleniem z podłączania aparatu.</li> <li>• Fotel z podnóżkiem dla pacjenta</li> <li>• Fotel dla terapeuty</li> <li>• Drukarka laserowa do wydruku badań</li> <li>• 2 biurka mieszczące sprzęt do terapii</li> <li>• Spełnianie wymagań bezpieczeństwa elektrycznego dla urządzeń medycznych wg PN-EN 60601-1</li> <li>• Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi</li> <li>• Impedancja wejściowa co najmniej 100Mohm</li> <li>• Moduł pozwala na dokonanie diagnozy mini QEEG</li> <li>• Wsparcie techniczne i merytoryczne co najmniej przez okres gwarancji (2 lata)</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	
3.	<p><b>Energoozczędny Projektor Solar LED - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solar LED 250</li> <li>• możliwość wykorzystania zarówno tarcz żelowych płynnych, jak i tarcz z obrazami namalowanymi na płytce szklanej</li> <li>• średnica wyświetlanego obrazu min. do 3m.</li> <li>• zdalnie sterowanie przez WiFi</li> <li>• w zestawie okrągły statyw i uchwyt ścienny</li> <li>• średnia żywotność min. 100.000 h</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	1
4.	<p><b>Podłoga interaktywna – magiczny Dywan - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magiczny Dywan wraz z pakietem gier</li> <li>• W zestawie: zintegrowany system czujników, wbudowany projektor, wbudowany komputer, zestaw gier i aplikacji (w komplecie zestaw min. 52 gier i zabaw interaktywnych)</li> <li>• funkcje podłogi i stołu</li> <li>• Możliwość podłączenia do internetu</li> <li>• Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników:</li> <li>• Gniazdo audio</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	
5.	<p><b>Zestaw Stress Control (terapia stresu) - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zestaw prostych narzędzi do treningu relaksacyjnego. Można za ich pomocą zbadać, jak pacjent reaguje w sytuacjach stresowych oraz nauczyć pacjenta samoregulacji.</li> <li>• oprogramowanie współpracuje z czujnikami: przewodność skóry SC; temperatury; ciśnienia krwi (model UA767PC).</li> <li>• do użytku z koderem</li> </ul>	1

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	<ul style="list-style-type: none"> <li>program dostępny na płycie CD</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	
6.	<p><b>Zestaw RSA Biofeedback do kodera Pro Comp 2 - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-kanałowe urządzenie</li> <li>wbudowany czujnik EEG</li> <li>możliwość używania z jednym lub dwoma czujnikami jednocześnie;</li> <li>możliwość monitorowania i prowadzenia treningu EEG-biofeedback, zmienności rytmu serca (HRV), temperatury, BVP, EMG i innych.</li> <li>Posiada certyfikaty: Certyfikat jakości ISO 13485:2003, Certyfikat medyczny CE</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	1
7.	<p><b>HEG System do Procomp - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produkt zgodny z normami CE dla produktów medycznych</li> <li>W zestawie min.: HEG sensor, Opaska, Adapter TT-USB z kablem USB i kablem optycznym, odpowiednie oprogramowanie</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	1
8.	<p><b>Kula lustrzana 40 cm - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kula lustrzana 40 cm z silnikiem</li> <li>efekt dyskotekowy</li> <li>średnica 40 cm, z napędem umieszczonym wewnątrz kuli</li> <li>zasilanie 230 V</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	1
9.	<p><b>Materac gimnastyczny grubość 20 cm - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>materac gimnastyczny o grubości 20 cm</li> <li>wkład wykonany z pianki T-21</li> <li>pokrowiec materaca wykonany z materiału typu Poroflex (Skaj) oraz wzmocniony narożnikami.</li> <li>produkt musi spełniać wymogi normy EN 12503</li> </ul>	10
10.	<p><b>Hamak do zajęć z ADHD - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hamak elastyczny</li> <li>zawieszony za pomocą karabińczyka.</li> <li>wymiary: 65 x 120 cm (powierzchnia do leżenia) + trójkąty z bawełny;</li> <li>materiał: bawełna w połączeniu z lycrą;</li> </ul>	3
11.	<p><b>Chusta Animacyjna - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>średnica: 3 m</li> <li>liczba uchwytów: 12</li> <li>produkt zapakowany w etui.</li> </ul>	1

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

	<ul style="list-style-type: none"> <li>wyrób nie zawiera ftalanów</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	
12.	<p><b>Zestaw instrumentów muzycznych - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W zestawie min. 19 szt. różnorodnych instrumentów takich jak: tamburyn, maxi quiro z pałeczką, pudełko akustyczne, trójkąty z pałeczkami o różnych wymiarach, kastaniety drewniane, kastaniety z rączką, marakasy drewniane, drewniany ton- blok, tamburyn z membraną, podwójny ton- blok z pałeczką, podwójny ton-blok mały z pałeczką, klawesyn 1 para, marakas wałek</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	2
13.	<p><b>Neuroflow – oprogramowanie/ dostęp do platformy multimedialnej</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dwuletnia licencja na korzystanie z platformy multimedialnej metodą Neuroflow.</li> </ul>	2
14.	<p><b>Ławka gimnastyczna - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonane z drewna</li> <li>kształtowniki łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji</li> <li>wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone</li> <li>zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę lub skrzynię gimnastyczną</li> <li>ławki spełniają wymogi normy PN-N-97063</li> <li>długość min. 2,5 m.</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	6
15.	<p><b>Panel sensoryczny dotykam i czuję - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kompozycja tabliczek do stymulacji zmysłu dotyku</li> <li>w zestawie muszą znajdować się następujące tabliczki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "góra i dolina" to półwałki brzożowe</li> <li>- "fala materiału 1" to połączenie korka i futerka, o falistej linii łączenia</li> <li>- "fala materiału 2" to połączenie gumy piankowej i sztucznej trawy, o falistej linii łączenia</li> </ul> </li> <li>elementy sensoryczne zamontowane są na trwałej sklejce brzożowej o wymiarze 30 x 30 cm</li> <li>w zestawie dołączona jest ramka do montażu ściennego</li> <li>panel "Dotykam i czuję" stanowi część atrakcyjnego programu sensorycznych paneli ściennych, oferującego ponad 30 różnorodnych tabliczek sensorycznych. Poszczególne tabliczki można nabywać pojedynczo lub w ekonomicznych panelach</li> <li>Zawartość: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 tabliczki sensoryczne</li> <li>- ramka do montażu ściennego</li> </ul> </li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	1



Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16.	<p><b>Gruszka rehabilitacyjna - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gruszka rehabilitacyjna z granulatem - duża</li> <li>• wykonana z trwałej tkaniny PCW</li> <li>• wymiar i waga: śr. ok. 90 cm; 6 kg;</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	6
17.	<p><b>Warcaby, szachy przestrzenne - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gra ćwicząca logiczne myślenie.</li> <li>• Mata wykonana z trwałej tkaniny np. PCV.</li> <li>• Posiadająca duże pionki, średnica ok.25cm (+/-5 cm)</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	2
18.	<p><b>Dysk równoważny 55 cm - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksymalny nacisk dynamiczny - 200kg</li> <li>• Średnica 60cm ( w tym średnica samej poduszki 55cm)</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	2
19.	<p><b>Równoważnia - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• produkt umożliwiający zastosowanie w terapii integracji sensorycznej oraz rehabilitacji</li> <li>• produkt umożliwiający przeprowadzenie ćwiczeń rehabilitacyjnych w zakresie: równowagi, koordynacji i sensoryki w pozycji leżącej, stojąc oraz w klęku</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	1
20.	<p><b>Deska rotacyjna - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deska rotacyjna umożliwiająca obrót dziecka wokół osi pionowej.</li> <li>• deska rotacyjna możliwa do wykorzystania podczas diagnozowania dzieci jak i w samej terapii.</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	2
21.	<p><b>Aktywne pierścienie - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolorowe obręcze do zabawy, gier, gimnastyki, rytmiki oraz różnych form terapii i rehabilitacji dzieci. Możliwe do zastosowania na wiele sposobów: rzucanie do celu, toczenie, chodzenie na palcach po wyznaczonej z obręczy trasie, ćwiczenia równoważne z obręczami na głowie.</li> <li>• pierścienie powinny być wykonane z miękkiej gumy.</li> <li>• zestaw ma zawierać min. 24 pierścienie w różnych kolorach.</li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	2



Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22.	<p><b>Drabinka gimnastyczna - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• umożliwiająca blokadę nóg - podczas robienia brzuszków,</li> <li>• umożliwiająca rozciąganie – na przykład nóg, czy też pleców,</li> <li>• stanowiąca podporę do nóg – podczas robienia pompek,</li> <li>• umożliwiająca wzmacnianie rąk – podczas wspinania się samymi rękami na coraz to wyższe szczeble.</li> </ul> <p>Gwarancja 2 lata</p>	2
23.	<p><b>Panel sensoryczny – widzę/ postrzegam - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• panel sensoryczny musi składać się z elementów sensorycznych, zamontowanych na trwałej sklejce o wymiarze min. 25 x 25 cm.</li> <li>• w zestawie muszą znajdować się następujące tabliczki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ruchome nakładki" - zestaw min. trzech metalowych prętów z nanizanymi metalowymi nakładkami, wprawione w ruch opadają w dół, nakładkami można również zakręcać</li> <li>- "optyczna kratka" - tabliczka pokryta folią z nadrukowanym wzorem kratki (złudzenie optyczne)</li> <li>- "rolki barwne" – min. trzy obrotowe walce pokryte folią o wyrazistych kolorowych pasach.</li> </ul> </li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	1
24.	<p><b>Panel sensoryczny – słyszę/ analizuję - wymagania minimalne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• panel sensoryczny musi składać się z elementów sensorycznych, zamontowanych na trwałej sklejce o wymiarze min. 25 x 25 cm.</li> <li>• w zestawie muszą znajdować się następujące tabliczki: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "dźwiękowe kule" – min. dwie metalowe wypełnione kule umieszczone w swoich torach, wprawione w ruch toczą się i wydają dźwięki</li> <li>- "koło turkoczące" - obrotowa tarcza o gumowych wypustkach, do kręcenia tarczą służy zamocowany uchwyt, gumowe wypustki uderzają o drewniane kołeczki zamocowane poza tarczą</li> <li>- "kulki na tarkach" - zestaw listew o rowkach w różnorodnych odstępach, zawierające metalowe przewodnice dla drewnianych kuleczek</li> </ul> </li> </ul> <p>Gwarancja: 2 lata</p>	1

#### 4. Miejsce i termin realizacji umowy

- 4.1. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi, ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź
- 4.2. Termin dostawy najpóźniej do dnia: 27.12.2019 (w godzinach pracy placówki tj. od godz. 8:00 do godz. 15:30)
- 4.3. Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do zakończenia okresu gwarancji na dostarczony sprzęt udzielonej przez Wykonawcę.

#### 5. Kryteria oceny ofert i informacja o wagach:

Kryterium a: Cena: 60%

Kryterium b: Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%

**Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi**

ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź

tel.: (42) 633 14 85

e-mail: sp212.projekt@poczta.fm

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

## 6. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

6.1. Zamawiający dokona oceny i porównania ofert w oparciu o następujące kryteria:

6.1.1. Cena brutto oferty (60%) , max. 60 pkt  $X = (A : B) \times 60$  pkt,

gdzie: A – najniższa cena wśród złożonych ofert, B – cena oferty ocenianej

6.1.2. Termin dostawy od dnia podpisania umowy: 40%, max. 40 pkt

6.1.2..1. Do 7 dni od daty podpisania umowy – 40 pkt.

6.1.2..2. Od 8 do 10 dni od daty podpisania umowy – 20 pkt.

6.1.2..3. Od 11 do 13 dni od daty podpisania umowy – 5 pkt.

6.1.2..4. Powyżej 13 dni od daty podpisania umowy – 0 pkt.

6.2. Oferta może uzyskać max. 100 pt.

6.3. Ocena spełnienia kryteriów a i b będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

6.4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

6.5. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą ocenę, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe od ceny pierwotnej.

6.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy, jeżeli zaproponowana jest rażąco niska, tj. niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

## 7. Zasady wyliczania ceny.

7.1. Cenę oferty należy wpisać na Formularzu Oferty. Cena musi zawierać dane o podatku VAT.

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól w Formularzu Oferty.

7.3. Brak wypełnienia i określenia wartości, w którejś z pozycji Formularza oraz dokonywanie zmian w treści Formularza spowoduje odrzucenie oferty. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do Formularza.

7.4. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

7.5. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.

7.6. Cena podana w formularzu ofertowym winna być wyrażona w PLN, wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

7.7. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

## 8. Pozostałe warunki zamówienia:

8.1. Zamawiający dopuszcza przygotowywanie ofert częściowych

8.2. Oferta musi zawierać ceny jednostkowe netto, brutto oraz cenę oferty netto i brutto

8.3. Podana w ofercie cena winna uwzględniać dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

8.4. Składający ofertę winien posiadać doświadczenie w realizacji dostaw zbieżnych z przedmiotem zamówienia i udokumentować realizację dwóch takich dostaw o wartości nie mniejszej niż połowa wartości oferowanego sprzętu (w ramach wszystkich oferowanych części zamówienia łącznie) tj. w przypadku oferty na łączną sumę np. 50 000,00 zł należy udokumentować co najmniej dwie dostawy na poziomie min. 25 000,00 zł, dołączając do oferty odpowiednie rekomendacje (faktura nie stanowi rekomendacji). Brak rekomendacji skutkować będzie odrzuceniem oferty.

8.5. Składający ofertę winien dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z zamawiającym (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego pn.: „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych”) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”).

8.6. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do innych rejestrów bądź ewidencji warunkujących realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien przedstawić także te dokumenty rejestracyjne.

**Szkoła Podstawowa nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi**

ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź

tel.: (42) 633 14 85

e-mail: sp212.projekt@poczta.fm

Projekt „Wsparcie, rozwój, szansa dla wychowanków MOS nr 3 w Łodzi”  
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8.7. Zamawiający dopuszcza wypowiedzenie umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę:

8.7.1. terminów realizacji poszczególnych zadań ustalonych z zamawiającym,

8.7.2. nienależytej staranności i rzetelności w realizacji poszczególnych zadań.

8.7.3. stwierdzenia braku atestów i certyfikatów wymaganych prawem i dopuszczających dostarczony sprzęt do użytkowania w polskim systemie oświaty.

**8.8. Termin składania ofert: do dnia 10.12.2019r. do godziny 12.00.**

8.9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wniesione po terminie Zamawiający pozostawia w dokumentacji przetargowej bez informowania o tym fakcie Wykonawcy.

8.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane, opieczetowane i oznaczone, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

8.11. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony szkoły [www.mosnr3.pl](http://www.mosnr3.pl), a także drogą elektroniczną na adres email podany przez Oferenta w Formularzu Ofertowym. Informacja o wyniku postępowania zostanie także upubliczniona w ogólnopolskiej bazie konkurencyjności.

8.12. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących niniejszego postępowania. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego prosimy kierować na adres email: [sp212.projekt@poczta.fm](mailto:sp212.projekt@poczta.fm). Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, tj. do dn. 6.12.2019r. do godz. 12:00.

## 9. Sposób przygotowania ofert:

9.1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

9.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.

9.3. Integralną część oferty stanowią także oświadczenia – załącznik nr 2 i 3, a także załączone poświadczenie Wykonawcy dot. realizacji dostaw wymienionych w pkt. 8.4 wraz z rekomendacjami.

Brak któregokolwiek z wymaganych powyżej dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

9.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

9.5. Ofertę złożyć można pocztą na adres Zamawiającego (z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe nr 1/12/2019/SP212/P”), drogą elektroniczną na adres e-mail: [sp212.projekt@poczta.fm](mailto:sp212.projekt@poczta.fm), bądź osobiście w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi, ul. Częstochowska 36, 93-121 Łódź, w godz. 8.00-15.30.

.....  
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 212 przy MOS nr 3 w Łodzi  
Katarzyna Wolska – Kumosińska